



P.za della Vittoria, 15 – terzo piano
16121 – Genova
Tel. 010/5484162 – Fax 010/5484147
C.F. 95113490106 – P. IVA 01784930990
ars@regione.liguria.it
ars@pecarsliguria.it

Responsabile del procedimento:

Dott.ssa Nadia Roso

Tel. 010.5484243

Genova, data del protocollo

Agenzia Sanitaria Regionale
della Liguria

REGISTRO UFFICIALE

Protocollo n. 2042

02/08/2022 Uscita

Al Dr. Lamberto Franceschini
Coordinatore HTA ASL 5 Spezzino
Dipartimento Farmaceutico
Ospedale S. Andrea La Spezia

Alla S.C. Provveditorato - Economato
Azienda Unità Sanitaria Locale n. 5
Spezzino

LORO SEDI

Oggetto: Parere su “Sistemi di aspirazione endopleurica”

Vista la documentazione presentata dal richiedente ed eseguita una revisione della letteratura scientifica, si può affermare che lo strumento, alla luce delle attuali conoscenze, sia da ritenersi sicuro e potenzialmente efficace sia dal punto di vista clinico che nella riduzione dei tempi di ospedalizzazione. Tuttavia, non sono ancora disponibili dati robusti e conclusivi (studi randomizzati, *systematic review* o meta analisi) di elevata qualità metodologica che supportino un'adozione routinaria della tecnologia; in tal senso è auspicabile che ulteriori studi ne esplorino adeguatamente gli aspetti clinici ed economici. Il contesto di limitate risorse economiche imporrebbe un'approfondita analisi dei costi per una valutazione *cost-saving*, soprattutto in funzione del necessario investimento iniziale. In considerazione di ciò si ritiene prematura l'adozione del dispositivo, vista la scarsità di prove di efficacia disponibili e la carente valutazione economica, specialmente in un'ottica di eventuale domiciliarizzazione del paziente.

Con l'occasione è gradito porgere i più cordiali saluti.

Il Coordinatore Rete Ligure HTA
(Dr. Gaddo Flego)